

# KERN BSWA-01

**KERN**<sup>®</sup>

Strumento di taratura per la registrazione periodica dello strumento di misurazione del livello sonoro

ISO-Calibrazione articolo

961-291



Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotti	Strumenti di misurazione
Gruppo di prodotti	Altro

## Sistema di misurazione

Unità	dB
Tolleranza (% di max.)	0,2%
Livello sonoro - Min.	94 dB
Livello sonoro - Max.	114 dB
soundFrequencyMin	990 Hz
soundFrequencyMax	1010 Hz
soundLevelMeterClasses	Klasse 1 Klasse 2

## Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

## Formato

Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	70×70×50 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	70×70×50 mm

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	145×100×70 mm
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,25 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Peso di spedizione	0,245 kg

## Dienstleistungen (optional)

DAkS/DKD - articolo	963-291
---------------------	---------