

# KERN EMB 200-2

Bilancia da laboratorio modello base con prestazioni straordinarie



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance scolastiche

## Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	200 g
Divisione (g)	0,01 g
Risoluzione	20.000
Campo di azzeramento	200 g
Riproducibilità	0,01 g
Linearità	± 0,02 g
Carico decentrato a 1/3 Max	0,03 g
Peso di calibrazione consigliato	200 g (M1)
Possibili punti di regolazione	200 g
Tempo di stabilizzazione	2,5 s
Intervallo di riscaldamento	30 min

## Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

## Formato

Materiale del piatto di pesata	plastica
Superficie di pesata (tonda) diametro	105 mm
weighingAreaMkt	105 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	170×244×39 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica

## Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	15 mm
Display - Dimensioni	58x18 mm
Display - Retroilluminazione	no

## Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo)	kein IP-Schutz
Auto-Off (batteria)	3 min
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Haken
Numero di tasti di comando	2
Stabilità verticale	A (Laborwaagen: Nettogewicht < 1.5kg)
Suggerimento di dosatura	A (Laborwaagen: Dehnungsmessstreifen)

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	9 V, 100 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	50 h
Tempo di carica batteria	10 h
Batterie	blocco di 9 V
Durata funzionamento a batteria	12 h

## Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	5 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	210×267×89 mm
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,70 kg
Tempi di consegna totali	1 d

## Dienstleistungen (optional)

DAkS/DKD - articolo	963-127
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-247
Articolo Certificato di conformità	969-517

# KERN EMB 200-2



Bilancia da laboratorio modello base con prestazioni straordinarie

## Pittogrammi

### STANDARD

---



### OPTION

---

