

KERN EMB 2200-0



Bilancia da laboratorio modello base con prestazioni straordinarie



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance scolastiche

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	2200 g
Divisione (g)	1 g
Risoluzione	2.200
Campo di azzeramento	2200 g
Riproducibilità	1 g
Linearità	± 2 g
Carico decentrato a 1/3 Max	3 g
Peso di calibrazione consigliato	2 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	2 kg
Tempo di stabilizzazione	2,5 s
Intervallo di riscaldamento	10 min

Data tecnici di taratura

Ritaratura periodica per l'Italia	False
Marchio CE	✓

Formato

Materiale del piatto di pesata	plastica
Superficie di pesata (tonda) diametro	150 mm
weighingAreaMkt	150 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	170×244×39 mm

Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
--------------------------------------	----------

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	15 mm
Display - Dimensioni	58x18 mm
Display - Retroilluminazione	no

Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo)	kein IP-Schutz
Auto-Off (batteria)	3 min
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Haken
Numero di tasti di comando	2
Stabilità verticale	A (Laborwaagen: Nettogewicht < 1.5kg)
Suggerimento di dosatura	A (Laborwaagen: Dehnungsmessstreifen)

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	9 V, 100 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	50 h
Tempo di carica batteria	10 h
Batterie	2×1.5 V AA
Durata funzionamento a batteria	400 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	5 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	226×205×70 mm
Peso netto ca.	0,55 kg
Peso lordo ca.	0,70 kg
Tempi di consegna totali	1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkS/DKD - articolo	963-127
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-247

KERN EMB 2200-0



Bilancia da laboratorio modello base con prestazioni straordinarie

Articolo Certificato di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

