

KERN MWS 300K-1LM

Bilancia per barelle costruzione ribassata per salirne comodamente – con certificazione di approvazione e autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale nella diagnostica medica



Materiale dell'alloggiamento	acciaio, laccato
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	1500×860×68 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	210×110×50 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	1500×860×68 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo terminale	2 m
Lunghezza cavo	1,8 m

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm

Funzioni

Calcolo del BMI	✓
Funzione HOLD	✓
Funzione PreTara	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Funzione tara	manual (multi)
Numero di tasti di comando	20

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 500 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore	FOB-A08
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	45 h
Tempo di carica batteria	14 h
Batterie	6×1.5 V AA
Durata funzionamento a batteria	50 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	5 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance mediche
Gruppo di prodotti	Bilance per sedie a rotelle

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	300 kg
Divisione (g)	100 g
Risoluzione	3.000
Peso minimo	2 kg
Unità	kg
Riproducibilità	0,1 kg
Linearità	± 0,1 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,1 kg
Peso di calibrazione consigliato	300 kg (M1)
Intervallo di riscaldamento	10 min
Omologaz. possibile	✓

Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	III
Divisione omologata	0,1 kg
Omologazione secondo 93/42/CEE (med.)	✓
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112
Marchio CE	✓

Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio, verniciato
Superficie di pesata (rettangolare)	800×1200 mm
weighingAreaMkt	800×1200 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	1500×860×68 mm

KERN MWS 300K-1LM



Bilancia per barelle costruzione ribassata per salirne comodamente – con certificazione di approvazione e autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale nella diagnostica medica

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	1650×1008×123 mm
Peso netto ca.	42 kg
Peso lordo ca.	55 kg
Tempi di consegna totali	2 d

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-129
Omologazione articolo	965-129
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-249
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

