

# KERN MWS 400K100DM



Bilancia per sedie a rotelle ribassata per agevolare la salita - con certificazione di approvazione e autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale nella diagnostica medica



|  |                 |
|--|-----------------|
| Materiale dell'alloggiamento display                           | Plastica        |
| Dimensioni dell'alloggiamento display                          | 210×110×50 mm   |
| Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo) | 1255×1060×69 mm |
| Piedini regolabili girevoli                                    | ✓               |
| Supporto a parete  | ✓               |
| Lunghezza cavo terminale                                       | 1,8 m           |
| Lunghezza cavo   | 1,8 m           |

## Display

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Tipo di display                | LCD   |
| Altezza cifre display - Grande | 25 mm |

## Funzioni

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Calcolo del BMI                   | ✓              |
| Funzione HOLD                     | ✓              |
| Funzione PreTara                  | ✓              |
| Pesata di animali / funzione Hold | ✓              |
| Funzione tara                     | manual (multi) |
| Numero di tasti di comando        | 20             |

## Alimentazione

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Alimentatore in dotazione                             | Alimentatore              |
| Tipo di alimentatore                                  | Alimentatore di rete      |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.     | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.      | 12 V, 500 mA              |
| Batteria opzionale                                    | Accu opzionale - interno  |
| Accumulatore  | FOB-A08                   |
| Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta | 45 h                      |
| Tempo di carica batteria                              | 14 h                      |
| Batterie  | 6×1.5 V AA                |
| Durata funzionamento a batteria                       | 50 h                      |

## Condizioni ambientali

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Umidità dell'aria ambientale (max) | 80 %  |
| Temperatura ambiente minima        | 5 °C  |
| Temperatura ambiente (max)         | 35 °C |

## Imballaggio e spedizione

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 1420×1200×270 mm |
| Peso netto ca.              | 44 kg            |
| Peso lordo ca.              | 75 kg            |

## Categoria

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Marchio               | KERN                        |
| Categoria di prodotti | Bilance mediche             |
| Gruppo di prodotti    | Bilance per sedie a rotelle |

## Sistema di misurazione

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Sistema di pesata                | Estensimetro     |
| Portata (Max)                    | 300 kg; 400 kg   |
| Divisione (g)                    | 100 g; 200 g     |
| Risoluzione                      | 3.000, 2.000     |
| Peso minimo                      | 2 kg             |
| Unità                            | kg               |
| Riproducibilità                  | 0,1 kg; 0,2 kg   |
| Linearità                        | ± 0,1 kg; 0,2 kg |
| Carico decentrato a 1/3 Max      | 0,1 kg           |
| Peso di calibrazione consigliato | 400 kg (M1)      |
| Intervallo di riscaldamento      | 10 min; 10 min   |
| Omologaz. possibile              | ✓                |

## Data tecnici di taratura

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Classe di omologazione                | III            |
| Divisione omologata                   | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Omologazione secondo 93/42/CEE (med.) | ✓              |
| Ritaratura periodica per l'Italia     | 969-112        |
| Marchio CE                            | ✓              |

## Formato

|  |                     |
|--|---------------------|
| Materiale del piatto di pesata         | acciaio, verniciato |
| Superficie di pesata (rettangolare)    | 1000×1000 mm        |
| weighingAreaMkt                        | 1000×1000 mm        |
| Dimensioni della piattaforma di pesata | 1255×1060×60 mm     |
| Materiale dell'alloggiamento           | acciaio, laccato    |

# KERN MWS 400K100DM



Bilancia per sedie a rotelle ribassata per agevolare la salita – con certificazione di approvazione e autorizzazione all'uso medico, per l'uso professionale nella diagnostica medica

Tempi di consegna totali 2 d

## Dienstleistungen (optional)

|  |         |
|--|---------|
| DAkkS/DKD - articolo                               | 963-130 |
| Omologazione articolo                              | 965-130 |
| Codice art. Regolazione sul luogo di installazione | 961-250 |
| Articolo Certificato di conformità                 | 969-517 |

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

